








# 实验室安全卫生检查结果公布表

(结果公布) 第三周			
检查日期：2018 年 9 月 21 日			
检查人员：邱凤仙、贺敏强、方孙飞、魏庚尧、赵杰、由福恒、王念红、俞镇东			
实验室	得分	安全隐患	照片
本次检查抽查的实验室	全部检查		
122		做实验未穿实验服	
203		做实验未穿实验服	
		气瓶没有采用固定措施	

205		做实验未穿实验服	
		气瓶没有采用固定措施	
209		水龙头漏水	
419		水龙头漏水	
514		接线板直接放在地面上	

521		气瓶没有采用 固定措施	
526		通风橱杂乱	
528		危化品柜子未 及时上锁（有同 学在使用）	