




实验室安全卫生检查结果公布表

(结果公布) 第 六 周			
检查日期：2018 年 10 月 11 日			
检查人员：荆俊杰、张凤卿、韩柏林、黄来海、於亦男、周亚举			
实验室	得分	安全隐患	照片
本次检查抽查的实验室		501, 503, 505, 507, 511, 515, 519, 410 426, 428, 204, 206	
206		线路老化	
410		气瓶没有采用 固定措施	
501		桌面摆放脏乱	
503		危化品柜子未上锁;	

		废液瓶堆积过多	
505		桌面摆放杂乱	
507		桌面摆放杂乱	
511		实验人员未穿实验服	
204, 410, 515, 519 等 房间		无大的安全隐患	