

实验室安全卫生检查结果公布表

(结果公布) 第七周			
检查日期: 2018年4月4日			
检查人员: 施伟东、徐德选、荆俊杰、林长青、赵杰、韩柏林、卢劲文、张凤卿			
实验室	得分	安全隐患	照片
本次检查未进入的实验室		无	
505		仪器表面不干净	
511		仪器表面不干净 杂物堆放严重	
517		仪器表面不干净 试剂柜内药品摆放混乱	
519		实验室内放置生活用品	

412		试剂标签脱落	
428		仪器表面不干净	
206		接线板直接放在地面	 <p data-bbox="1034 819 1209 840">206实验室接线板直接放在地上</p>
209		危化品柜未上锁	
122		仪器表面不干净 杂物堆放严重 电线不按规定乱接 危化品柜未上锁 气瓶没固定	 

<p>607 (原科学研究院)</p>		<p>试剂柜未粘贴存入药品 清单</p> <p>试剂存量过多</p>	
<p>605 (原科学研究院)</p>		<p>仪器表面不干净</p>	
<p>603 (原科学研究院)</p>		<p>危化品未放入专用柜中</p>	