

## 实验室安全卫生检查结果公布表

(结果公布) 第 18 周			
检查日期: 2018 年 6 月 28 日			
检查人员: 吴云龙、岳晓阳、陈瑞杰、项清芳、王盼、由福恒			
实验室	得分	安全隐患	说明
本次检查未进入的实验室		无	
104		整体较好	
106		实验室卫生需注意	
115		整体较好	
120		整体较好	
122		实验室卫生略差	
123		整体较好	
203		卫生需注意	
205		标签损坏	
209		整体较好	

211		整体较好	
213		整体较好	
410(A)		危化品柜未上锁	
410(B)		卫生需注意	
412		实验室有刺激性气味	
419		整体较好	
428		整体较好	
503		无安全问题	<p>实验室设有签退表，及时记录安全问题。</p> 
507		整体较好	

515		整体较好	
521		实验室有刺激性气味	
整体说明：经上周卫生安全之后，各实验室在安全与卫生方面均有较大改观。其中 503 实验室设有签退表，可及时记录实验室的安全问题。			

检查人员签字： \_\_\_\_\_