


## 实验室安全卫生检查结果公布表

| (结果公布) 第 9 周                          |    |             |   |
|---------------------------------------|----|-------------|---|
| 检查日期: 2018 年 4 月 19 日                 |    |             |   |
| 检查人员: 倪时平、潘建明、吴云龙、谢英杰、周亚举、於亦男、黄来海、方秀林 |    |             |   |
| 实验室                                   | 得分 | 安全隐患        | 照片  |
| 本次检查未进入的实验室                           |    | 无           |   |
| 501                                   |    | 整体不错, 无太大隐患 |   |
| 507                                   |    | 整体不错, 无太大隐患 |   |
| 521                                   |    | 危化品柜未上锁     |   |
| 412                                   |    | 插座接触地       |  |
| 410                                   |    | 整体不错, 无太大隐患 |   |

|     |  |            |  |
|-----|--|------------|--|
| 203 |  | 垃圾散落，插排触地  |   |
| 205 |  | 实验室柜台放置饮料  |  |
| 209 |  | 整体不错，无太大隐患 |  |
| 120 |  | 整体不错，无太大隐患 |  |