










## 实验室安全卫生检查结果公布表

(结果公布) 第 17 周			
检查日期: 2018 年 6 月 20 日			
检查人员: 吴云龙、岳晓阳、陈瑞杰、项清芳、王盼、由福恒			
实验室	得分	安全隐患	照片
本次检查未进入的实验室		无	
104		卫生略差, 一人未穿实验服	 
106		实验室卫生需注意	
115		实验用具摆放乱, 药品未整理	 
120		卫生需注意, 整体略乱	

122		实验室卫生略差	  
123		实验台未整理，卫生略差	 
203		卫生需注意	

205		<p>标签损坏；废瓶堆积太多；桌面太乱</p>	
209		<p>钢瓶未固定</p>	
211		<p>灭火器过期</p>	

213		钨粉末放易爆柜；桌面卫生乱；	
410(A)		1人未穿实验服	
410(B)		实验室地面略乱，卫生需要注意	
412		1人未穿实验服	
419		实验室有刺激气味	
428		危化品柜未上双锁，试剂摆放略乱	
503		危化品柜未锁；大量试剂未处理；	

507		危化品柜未锁	
515		地面较乱	
521		钢瓶未固定；废液未贴标签；未穿戴实验服进行实验	

检查人员签字： \_\_\_\_\_