


实验室安全卫生检查结果公布表

（结果公布）第 四 周

检查日期：2018 年 9 月 30 日

检查人员：邱凤仙、贺敏强、方孙飞、魏庚尧、赵杰、由福恒、王念红、俞镇东

实验室	得分	安全隐患	照片
本次检查抽查 的实验室	全部检查		
122		钢瓶未固定	
		烘箱未关	
203		冰箱上放杂物	

209		水龙头漏水	
		钢瓶未固定	
412		钢瓶未固定	
419		水龙头漏水	
514		接线板直接放在地面上	

517		做实验未穿实验服	
521		气瓶没有采用固定措施	
526		通风橱杂乱	